

番禺区健康管理中心（番禺康复医院）放射科 MRI、CT 设备维保采购项目市场调研公告

公告单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

公告编号：XXSB-SBWB-20250819-01

发布日期：2025 年 8 月 19 日

响应截止：2025 年 8 月 26 日 17:00

一、调研背景

为保障我院设备运行安全，现为放射科两台大型设备公开征集维保服务方案，具体信息如下：

设备名称	品牌型号	启用日期	维保状态
核磁共振仪	GE SIGNA MR355	2022 年 10 月	保内，2025 年 12 月 5 日到期
亚 64 排螺旋 CT	GE Optima CT620	2022 年 10 月	保内，2025 年 12 月 5 日到期

二、调研目的

遴选具备 GE 影像维保服务资质的原厂/第三方服务商。

三、服务要求

服务内容	服务要求
故障响应	电话响应：7*24 小时 现场响应：紧急故障 4 小时到场，普通故障 8 小时到场
备件供应	提供本地备件库清单（含球管等核心部件）
原厂数据兼容	维保期间不得导致设备失去原厂远程诊断支持权限

四、供应商必备资质

1. 持有 GE 医疗官方服务授权或第三方服务认证

- 2.提供近三年同类设备维保案例（至少 5 例）
- 3.在广东省内设有备件仓库及 ≥ 5 名认证工程师

五、响应文件清单

- 1.公司简介
- 2.企业资质证书
- 3.法人代表授权证明书
- 4.放射科MRI、CT 维保服务调研报价表（见附件）
- 5.服务及质量保障实施方案
- 6.维修人员配置情况及资格证书
- 7.同类业绩证明文件
- 8.其它资料

以上资料，请于 2025 年 8 月 26 日 17:00 前，以电子扫描件的形式发送至以下邮箱：pylyysbk@163.com（邮件主题格式：放射科 MRI+CT 维保-公司名称）

联系方式：周老师 020-23889015/13711378878；李老师 020-23889015/18617378384

附件：放射科MRI、CT 维保服务调研报价表

广州市番禺区健康管理中心

广州市番禺区康复医院

2025 年 8 月 19 日

附件：

放射科MRI、CT 维保服务调研报价表

序号	设备名称	服务类型	服务期	单价 (万元)	总价 (万元)	保修范围
1	GE1.5T 核磁共振仪 (SIGNA MR355)	技术保	1 年			1. 提供 7*24 小时在线咨询和技术支持； 2. 一年 12 次定期巡检+一年 4 次定期保养+无限次现场维修服务； 3. 技术保不含备件。
			2 年			
			3 年			
		整机全保	1 年			1. 提供 7*24 小时在线咨询和技术支持； 2. 一年 12 次定期巡检+一年 4 次定期保养； 3. 整机全保范围包含提供设备不限次数的人工技术服务与备件更换、维修。具体包括但不限于： （1）电子部分:操作台、系统柜、病床等； （2）线圈部分； （3）制冷部分:冷头、吸附器、氮压缩机、高低压氢气管、内外水冷机组的维修与备件更换； （4）磁体； （5）液氢(液氢将保证在设备正常运行所需的水平，包含失超恢复所需液氢)； （6）精密空调。
			2 年			
			3 年			
2	GE 亚 64 排螺旋 CT (Optima CT620)	技术保	1 年			1. 提供 7x24 小时在线咨询和技术支持。 2. 一年 12 次定期巡检+一年 4 次定期保养+无限次现场维修服务； 3. 技术保不含备件。
			2 年			
			3 年			
		整机全保	3 年			1. 提供 7x24 小时在线咨询和技术支持 2. 一年 12 次定期巡检+一年 4 次定期保养 3. 整机全保范围包含提供设备不限次数的人工技术服务与备件更换、维修。具体包括但不限于： （1）X 射线系统：球管、高压发生器、探测器阵列、准直器； （2）机械运动系统：机架旋转机构、滑环、检查床升降/进退装置； （3）控制系统：操作台工作站、重建计算机、系统柜、控制电路板； （4）冷却系统：X 射线发生器水冷机组、风冷装置、油冷却循环单元。

优势概括	
其他报价（包含 核心备件、功能 模组、易耗品等）	
其他需补充说明 的情况	
公司名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 联系邮箱： 报价日期： 报价有效期：	